



MSスペクトルの桁数変更方法 (GCMS_ANA02)

スタート/ファイル名を指定して実行を選択します。



HKEY_CURRENT_USER\Software\Agilent\MSD
ChemStationを選択します。



MSLabelDecimalPlacesがなければ、
右クリックで新規/DWORD値を選択し、値
の名前をMSLabelDecimalPlacesとします。



MSLabelDecimalPlacesをダブルクリックし、値の
データを変更します。上記の例では小数点二桁と
なります。

