

原子吸光分光光度計

フレーム

ファーネスorゼーマン



- ①上記スイッチをOFFにして頂き、電源プラグを抜いて下さい。
- ②それぞれ使用しているガスの元栓を閉めて下さい。