クイックリファレンスガイド

Agilent
Trusted Answers

マルチサンプラ付き Agilent 1290 Infinity II/III LC 用 Agilent InfinityLab 消耗品

お客様のラボの生産性向上のために、マルチサンプラ付き 1290 Infinity II/III LC でご注文の多い消耗品と部品のリストを作成しました。



ポンプ用消耗品	PM*	部品番号
一般的なポンプ用消耗品		
ボトルヘッドアセンブリ		G7122-60007
チューブキット、140 mm、2 個、SSV とシャットオフバルブまたはデガッサユニット（ハイスピードポンプ）間、デガッサと MCGV（フレキシブルポンプ）間		G4220-60035
ボトルヘッドアセンブリ、ウルトラクリーンチューブ品質、MS アプリケーション用として推奨		G7122-60017
チューブキット、140 mm、ウルトラクリーンチューブ品質、2 個、SSV とシャットオフバルブまたはデガッサユニット（ハイスピードポンプ）間、デガッサと MCGV（フレキシブルポンプ）間		G4220-60070
ガラスフィルタ、溶媒インレット、ポアサイズ 20 µm		5041-2168
InfinityLab Bio 溶媒インレットフィルタ、10 µm、PEEK		5320-0070
ステンレスフィルタ、溶媒インレット、ポアサイズ 10 µm		01018-60025
PharMed チューブ付きペリスタルティックポンプ	各 1 個	5065-4445
シールウォッシュ用チューブ、シリコン、5 m		5065-9978
チューブ、パージバルブと廃液間、PTFE、5 m		5062-2462
ハイスピードポンプ用消耗品		
LL/EM ヘッド用 PM キット（バイナリポンプ）。PTFE フリット、洗浄シール、ペリスタルティックポンプ、シールキャップを含む	キット	G7120-68741
アウトレットバルブ用内部ゴールドシール	各 2 個	G4220-20020
ポンプシール PE（2 個）	各 2 個	0905-1420
洗浄シール PE（1 個）	各 4 個	0905-1718
ガスケットシールウォッシュ（6 個）	各 1 個	5062-2484
PTFE フリット（5 個パック）	各 1 個	01018-22707
ロータシールパージバルブ		5068-0201
Jet Weaver、標準、35 µL/100 µL		G4220-68135
Jet Weaver、オプション、380 µL、高ミキシングノイズのアプリケーション用に推奨		G7120-68380
溶媒インレットチューブ用シャットオフバルブ		5067-4124
インレットバルブ		G4220-60022
アウトレットバルブ		G4220-60028

* PM（メンテナンス）関連部品情報：
- 各 x 個：PM あたり必要な部品の数量
- キット：PM 用のすべての標準部品が含まれるメンテナンスキット
- オプション：所定のオプションを取り付けた場合にのみ PM に必要となる部品

ポンプ用消耗品 (続き)	PM*	部品番号
フレキシブルポンプ用消耗品		
LL/EM ヘッド用 PM キット（クォータナリポンプ）	キット	G7104-68741
ポンプシール、PEEK（2 個）	各 1 個	0905-1420
洗浄シール、PE（1 個）	各 2 個	0905-1718
ガスケットシールウォッシュ（6 個）	各 1 個	5062-2484
アウトレットフィルタ用フリット（2 個）	各 1 個	5067-5716
アウトレットフィルタ		G4204-60004
インレットバルブ		G4204-60022
アウトレットバルブ		G4220-60028
切替式 Jet Weaver ミキサーアップグレードキット		G4204-68380
ロータシール多目的バルブ		5068-0202
マルチサンプラ用消耗品	**PM***	**部品番号**
PM キットマルチサンプラ標準構成	キット	G7167-68710
PM キットマルチサンプラデュアルニードル構成	キット	G7167-68720
ニードルアセンブリ、標準	各 1 個	G4267-87201
高圧ニードルシート、0.12 mm、PEEK	各 1 個	G4267-87012
インジェクションバルブ用ロータシール、PEEK、130 MPa	各 1 個	5068-0198
ロータシール、PEEK、ペリフェラルバルブ（デュアルニードル用）	各 1 個、オプション	5068-0229
ロータシール、PEEK、インジェクションバルブ（デュアルニードル用）	各 1 個、オプション	5068-0232
計量シール、PE、40 µL 用、計量用ヘッド		0905-1717
追加標準ドロワーキット、2 段（1 個）		G7167-60020
追加ドロワーキット、1 段（1 個）		G7167-60021
追加ドロワーキット、3 段（1 個）		G7167-60022
54 x 2 mL バイアル用バイアルプレート（6 個）		G2255-68700
マルチドローキット Infinity II/III。500 µL および 1500 µL シートキャピラリー拡張を含む		G7167-68711
サンプルループフレックス 20 µL（シングルニードル）		G4267-60300
サンプルループフレックス 40 µL（シングルニードル）		G4267-60400
サンプルループフレックス 20 µL、右（デュアルニードル用）		G4267-60311
サンプルループフレックス 40 µL、右（デュアルニードル用）		G4267-60411
サンプルループフレックス 20 µL、左（デュアルニードル用）		G4267-60301
サンプルループフレックス 40 µL、左（デュアルニードル用）		G4267-60401

マルチカラムサーモスタット用消耗品	PM*	部品番号
ロータシール、8 カラムスイッチングバルブ用	各 1 個、オプション	5068-0200
2 ポジション/6 ポートバルブ用ロータシール、130 MPa	各 1 個、オプション	5068-0207
2 ポジション/10 ポートバルブ用ロータシール、130 MPa	各 1 個、オプション	5068-0205
InfinityLab クイックコネクト熱交換器、標準（内径 0.12 mm、1.6 µL）		G7116-60015
InfinityLab クイックコネクト熱交換器、高流量（内径 0.12 mm、3.0 µL）		G7116-60031
カラムホルダクリップ、ソフト、2 個		G7116-68003
カラムホルダクランプ、2 個		G7116-68004
DAD 検出器用消耗品	**PM***	**部品番号**
長寿命重水素ランプ、8 ピン、RFID タグ付き	各 1 個	5190-0917
Max-Light カートリッジセル、10 mm、V(σ) 1.0 µL		G4212-60008
Max-Light カートリッジセル、60 mm、V(σ) 4.0 µL		G4212-60007
Max-Light カートリッジテストセル		G4212-60011
VWD 検出器用消耗品	**PM***	**部品番号**
重水素ランプ、RFID タグ付き	各 1 個	G1314-60101
標準フローセル、10 mm、14 µL、RFID タグ付き		G1314-60186
標準フローセルリペアキット		G1314-65061
セミミクロフローセル 6 mm、5 µL、RFID タグ付き		G1314-60183
セミミクロフローセルリペアキット		G1314-65056
マイクロフローセル、3 mm、2 µL、12 MPa、RFID タグ付き		G1314-60187
高圧フローセル、10 mm、14 µL、40 MPa、RFID タグ付き		G1314-60182
高圧フローセルリペアキット		G1314-65054
廃液チューブキット		5062-8535
キャピラリーとフィッティング	**PM***	**部品番号**
キャピラリーポンプとサンプラ間、内径 0.17 mm、長さ 400 mm		5500-1245
キャピラリーポンプとマルチサンプラ間、デュアルスタック、内径 0.17 mm、長さ 900 mm		5500-1217
キャピラリーマルチサンプラとマルチカラムサーモスタット間、内径 0.12 mm、長さ 500 mm		5500-1157
キャピラリーカラム出口と DAD 間、内径 0.12 mm、長さ 280 mm、ロングソケット、フィッティングなし		5500-1191
キャピラリーカラムと VWD 間、PEEK、内径 0.17 mm、600 mm		5062-8522
InfinityLab クイックコネクトフィッティングアセンブリ、内径 0.12 mm、長さ 105 mm		5067-5957
InfinityLab クイックターン LC フィッティング		5067-5966

* PM（メンテナンス）関連部品情報：
- 各 x 個：PM あたり必要な部品の数量
- キット：PM 用のすべての標準部品が含まれるメンテナンスキット
- オプション：所定のオプションを取り付けた場合にのみ PM に必要となる部品

消耗品とキット	PM*	部品番号
1290 Infinity II/III 用キット		5067-6616
1290 Infinity II/III キャピラリーキット		5067-6615
UHPLC 用 InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ（内径 2.1 mm、ポアサイズ 0.2 µm）		5067-1603
システムツールキット		G7120-68708
溶媒ボトル、透明、1 L		9301-6524
溶媒ボトル、茶色、1 L		9301-6526
溶媒ボトル、透明、1 L、キャップ付き		9301-6528
透明、500 mL、キャップ付き		9301-6523
茶色、500 mL、キャップ付き		9301-6525
InfinityLab Bio 溶媒ボトル、PP、1 L、キャップ付き		9301-6028
InfinityLab セーフティパージボトル		5043-1339
溶媒ボトル用識別リング（シリコン）（8 個/4 色）		9301-6529
溶媒ボトル用ステッカー（100 枚）		9301-6530
InfinityLab セーフティキャップスターターキット		5043-1222
InfinityLab セーフティキャップ（GL45）、1 ポート、ベントバルブ x 1、3.2 mm フィッティング x 2		5043-1217
InfinityLab セーフティキャップ用ベントバルブ		5043-1190
6 L 廃液容器。4 ポート付きセーフティキャップ GL45 × 1 を 含む		5043-1221
廃液容器用活性炭フィルタ（48 g）		5043-1193
InfinityLab クイックチェンジ溶媒ピュリファイアアセンブリ、2.1 x 20 mm		5067-1620
InfinityLab フレックスベンチ		5043-1252
InfinityLab フレックスベンチ、電源コード付き		5043-1759
InfinityLab フレックスベンチ MS		G6015A
InfinityLab フレックスベンチ MS、電源コード付き		G6015B
InfinityLab ベンチトップ		5043-1711
InfinityLab ベンチトップ、電源コード付き		5043-1740
バイナリポンプメンテナンスキット		G1312-68741
クォータナリポンプメンテナンスキット		G1310-68741
バイナリ/クォータナリポンプ用シールウォッシュメンテナンスキット		G1310-68742

* PM（メンテナンス）関連部品情報：
- 各 x 個：PM あたり必要な部品の数量
- キット：PM 用のすべての標準部品が含まれるメンテナンスキット
- オプション：所定のオプションを取り付けた場合にのみ PM に必要となる部品

Agilent カラムと消耗品：必要な結果の取得をサポート

アジレントの幅広い部品、キット、アクセサリは、ISO 9001 認証を取得した品質システムのもと、アジレントの厳格な製品仕様に従って設計、製造、試験されています。お客様の分析結果をリスクにさらさないために、アジレントの純正消耗品を是非お使いください。アジレントのカラムと消耗品については、ホームページをご覧ください。

www.agilent.com/chem/lc-supplies



ホームページ
www.agilent.com/chem/jp

カスタマーコンタクトセンター
0120-477-111
email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに
変更されることがあります。

DE-018218

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2026

Printed in Japan, October 8, 2026
5991-6446JAJP

Agilent
Trusted Answers