クイックリファレンスガイド

Agilent
Trusted Answers

バイアルサンプラ付き Agilent 1260 Infinity II/III LC 用 Agilent InfinityLab 消耗品

お客様のラボの生産性向上のために、バイアルサンプラ付き 1260 Infinity II/III LC でご注文の多い消耗品と部品のリストを作成しました。



ポンプ用消耗品	PM*	部品番号
ボトルヘッドアセンブリ		G7122-60007
ガラスフィルタ、溶媒インレット、ポアサイズ 20 µm		5041-2168
ステンレスフィルタ、溶媒インレット、ポアサイズ 10 µm		01018-60025
InfinityLab Bio 溶媒インレットフィルタ、10 µm、PEEK		5320-0070
ピストンシール PTFE、2 個（逆相）	各 1 個	5063-6589
ピストンシール PE、2 個（順相）	各 1 個、オプション	0905-1420
サファイアピストン		5063-6586
パッシブインレットバルブ		G1312-60066
パッシブインレットバルブ（順相）		G1312-60166
アクティブインレットバルブ用カートリッジ、60 MPa		G1312-60020
アウトレットバルブ		G1312-60067
アウトレットバルブ（順相）		G1312-60167
パージバルブ		G1312-60071
PTFE フリット、パージバルブ用（5 個パック）	各 1 個	01018-22707
パージバルブ用シールキャップ	各 1 個	5067-4728
洗浄シール PTFE（逆相）	各 2 個	0905-1175
洗浄シール PE（順相）	各 2 個、オプション	0905-1718
ガスケットシールウォッシュ（6 個パック）	各 1 個	5062-2484
シールウォッシュ用ペリスタルティックポンプ（PharMed チューブ）	各 1 個	5065-4445
イソクラティック/クォータナリポンプ用 PM キット（G7110B/G7111A および B）	キット	G1310-68741
バイナリポンプ用 PM キット（G7112B）	キット	G1312-68741
クォータナリポンプ/バイナリポンプ用シールウォッシュメンテナンスキット		G1310-68742

* メンテナンスオプション：
- キット：PM に必要なすべての標準部品を含む
- 部品：PM に必要な標準部品
- オプション：所定のオプションを取り付けた場合に PM に必要となる部品

バイアルサンプラ用消耗品	PM*	部品番号
66 x 2 mL バイアル用ドロワー		G7129-60010
18 x 6 mL バイアル用ドロワー		G7129-60110
ドロワーキット 100 x 2 mL クラシック設定（1 ～ 100）		G7129-68210
PharMed チューブ付きペリスタルティックポンプ	各 1 個	5065-4445
ニードルアセンブリ	各 1 個	G7129-87200
ニードルシートアセンブリ PEEK 0.17 mm	各 1 個	G7129-87017
ロータシール（PEEK）インジェクションバルブ、60 MPa	各 1 個	0101-1416
サンプルループ 100 µL（色分け：白）		G7129-60500
サンプルループ 40 µL（色分け：緑）		G7129-60400
サンプルループ 20 µL（色分け：赤）		G7129-60300
計量シール 100 µL		0905-1503
セラミックピストン 100 µL		5067-5678
1260 Infinity II/III バイアルサンプラ用 PM キット。ニードルアセンブリ（100 µL）、ニードルシート、ロータシール、グリッパーフィンガーキャップを含む		G7129-68740
マルチカラムサーモスタット用消耗品	**PM***	**部品番号**
InfinityLab クイックコネクト熱交換器、高流量（内径 0.17 mm、容量 3.0 µL）		G7116-60051
InfinityLab クイックコネクト熱交換器（内径 0.17 mm、容量 6.0 µL）		G7116-60061
4 カラムスイッチングバルブ用ロータシール	各 1 個、オプション	5068-0264
2 ポジション/6 ポートバルブ用ロータシール	各 1 個、オプション	0101-1409
2 ポジション/10 ポートバルブ用ロータシール	各 1 個、オプション	0101-1415
カラム識別タグアセンブリ		5067-5917
カラムホルダクリップ、ソフト（2 個）		G7116-68003
カラムホルダクランプ（2 個）		G7116-68004
VWD 検出器用消耗品	**PM***	**部品番号**
重水素ランプ、RFID タグ付き	各 1 個	G1314-60101
標準フローセル 10 mm、14 µL、RFID タグ付き		G1314-60186
セミミクロフローセル 6 mm、5 µL、RFID タグ付き		G1314-60183
高圧フローセル、10 mm、14 µL、40 MPa、RFID タグ付き		G1314-60182
インレットチューブアセンブリ、PEEK 内径 600 mm x 0.2 mm		5062-8522
廃液チューブキット		5062-8535
DAD/MWD 検出器（G7115A、G7165A）用消耗品	**PM***	**部品番号**
標準フローセル、RFID タグ付き		G1315-60022
セミミクロフローセル、RFID タグ付き		G1315-60025
長寿命重水素ランプ、RFID タグ付き	各 1 個	2140-0820
タングステンランプ		G1103-60001
DAD 検出器（G7117A）用消耗品	**PM***	**部品番号**
長寿命重水素ランプ（8 ピン）、RFID タグ付き	各 1 個	5190-0917
Max-Light カートリッジセル（10 mm、V(σ) 1.0 µL）		G4212-60008
Max-Light カートリッジセル（60 mm、V(σ) 4.0 µL）		G4212-60007
Max-Light カートリッジテストセル		G4212-60011

* メンテナンスオプション：
- キット：PM に必要なすべての標準部品を含む
- 部品：PM に必要な標準部品
- オプション：所定のオプションを取り付けた場合に PM に必要となる部品

キャピラリーとフィッティング	PM*	部品番号
キャピラリー ST 0.17 mm x 500 mm、ポンプとサンプラ間、およびサンプラと MCT 間		5500-1246
キャピラリー ST 0.17 mm x 380 mm、カラムと検出器間		G1315-87311
キャピラリー ST 0.12 mm x 280 mm、カラムと検出器間		5500-1191
InfinityLab クイックコネクトフィッティングアセンブリ、内径 0.17 mm、長さ 105 mm		5067-6166
InfinityLab クイックターンフィッティング		5067-5966
消耗品とキット	**PM***	**部品番号**
1260 Infinity II/III 用キット		5067-6617
1260 Infinity II/III キャピラリーキット		5067-6614
HPLC 用 InfinityLab クイックチェンジインラインフィルタアセンブリ（内径 4.6 mm、ポアサイズ 0.5 µm）		5067-1602
システムツールキット		G7120-68708
溶媒ボトル、透明、1 L		9301-6524
溶媒ボトル、茶色、1 L		9301-6526
溶媒ボトル、透明、1 L、キャップ付き		9301-6528
透明、500 mL、キャップ付き		9301-6523
茶色、500 mL、キャップ付き		9301-6525
Agilent InfinityLab Bio 溶媒ボトル、PP、1 L、キャップ付き		9301-6028
InfinityLab セーフティパージボトル		5043-1339
溶媒ボトル用識別リング（シリコン）（8 個/4 色）		9301-6529
溶媒ボトル用ステッカー（取外式）（100 枚）		9301-6530
InfinityLab セーフティキャップスターターキット		5043-1222
InfinityLab セーフティキャップ用ベントバルブ		5043-1190
6 L 廃液容器。InfinityLab セーフティキャップ GL45（4 ポート）× 1 を含む		5043-1221
廃液容器用活性炭フィルタ（48 g）		5043-1193
InfinityLab クイックチェンジ溶媒ピュリファイアアセンブリ、3.0 x 75 mm		5067-1621
InfinityLab フレックスベンチ		5043-1252
InfinityLab フレックスベンチ、電源コード付き		5043-1759
InfinityLab ベンチトップ		5043-1711
InfinityLab ベンチトップ、電源コード付き		5043-1740

Agilent カラムと消耗品：必要な結果の取得をサポート

アジレントの幅広い部品、キット、アクセサリは、ISO 9001 認証を取得した品質システムのもと、アジレントの厳格な製品仕様に従って設計、製造、試験されています。お客様の分析結果をリスクにさらさないために、アジレントの純正消耗品を是非お使いください。

アジレントのカラムと消耗品については、ホームページをご覧ください。
www.agilent.com/chem/lc-supplies

DE-018322

本資料に記載の情報は、予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2026
Printed in Japan, October 19, 2026
5991-6888JAJP

Agilent
Trusted Answers