

(B) ChemStationメソッド&コントロール

LC13. シングルランの時は正常だが、シーケンスの時はインジェクション動作が実行されません。
PC画面のインジェクタのアイコンのみグレーになっています。

シーケンスパラメータが「データ解析のみ」の設定になっていると考えられます。[シーケンス]→[シーケンスパラメータ]を選んだ後、シーケンスパラメータタブ内で「ランタイムチェックリストに従う」に変更します。

